

# INFORMATION

No. 1304-16

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、平成25年4月15日(月)受領分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には急なご案内で大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

### ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
1918	抗Sm抗体	検査方法	CLEIA	EIA
		報告単位	U/ml	—— (Index値)
		基準値	10.0 未満 U/ml	陰性: 7.0未満 判定保留: 7.0以上30.0未満 陽性: 30.0以上
		報告上限	600 以上 U/ml	300 以上
		報告下限	1.0 未満 U/ml	5.0 未満

### ※新旧二法の比較(抗Sm抗体)

(n=104)		旧法《EIA》			
		陽性	判定保留	陰性	合計
新法 《CLEIA》	陽性	40	6	2	48
	陰性	1	25	30	56
	合計	41	31	32	104

・判定一致率: 91.3% (95/104)

・陽性一致率: 97.6% (40/41)

・陰性一致率: 87.3% (55/63)

(判定保留を陰性に集計した場合の一致率)

### ■変更実施期日

平成25年 4月15日(月) 受領分より

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。