

# INFORMATION

No. 2103-04

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、外部委託先より下記の項目につきまして、RIA試薬製造中止に伴う検査方法等における内容変更の連絡がございました。

先生方には急なご連絡で大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
2601	レニン濃度 (PRC)	検査方法	CLEIA	IRMA (RIA・固相法)
		名称	レニン定量	レニン濃度 (PRC)
		基準値	2.21~39.49 pg/mL	随時: 3.2~36.3 pg/mL 臥位: 2.5~21.4 pg/mL 立位: 3.6~63.7 pg/mL
		備考	早朝15分以上座位にて安静後採血。十分混和し速やかに遠心、血漿分離してください。	早朝安静状態で採血。ヘパリン血漿不可、速やかに冷却遠心血漿分離してください。

(裏面に続く)

#### ■変更日

2021年 3月13日(土) 受付分まで

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8  
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659  
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

## ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
0726 3994	アルドステロン〈血清〉 アルドステロン〈血漿〉	検査方法	CLEIA	RIA・固相法
		基準値	4.0～82.1 pg/mL	随時: 35.7～240.0 pg/mL 臥位: 29.9～158.8 pg/mL 立位: 38.9～306.8 pg/mL
		備考	早朝15分以上座位にて安静後採血。血漿は十分混和し速やかに遠心分離して下さい。	採血時刻、体位によって測定値に差が出ますから、早朝空腹時30分間安静後の採血をお勧めします。
0727	アルドステロン〈尿〉	検査方法	CLEIA	RIA・固相法
		基準値	1.0～19.3 μg/day	7.5 μg/day 以下
		備考	添加剤無しで24時間蓄尿し、尿量測定後、速やかに必要量を凍結してご提出下さい。	トルエン1～2mLを加え、冷所に蓄尿し、よく混和し所定量をご提出下さい。
4446	アルドステロン/レニン活性比※	基準値	比: 200 以下 <sup>注</sup> (カットオフ値)	設定なし
		報告内容	・アルドステロン /レニン活性比 ・アルドステロン RIA相当値	・アルドステロン ・レニン活性 ・アルドステロン /レニン活性比 各測定値と比を同時に報告致します。

※ アルドステロン/レニン活性比[項目コード: 4446]は血漿レニン活性[項目コード: 0722]とアルドステロン〈血漿〉[項目コード: 3994]の2項目と同時にご依頼下さい。血漿レニン活性とアルドステロン〈血漿〉の結果は各項目にてご報告いたします。アルドステロン〈血清〉[項目コード: 0726]では算出できませんのでご注意ください。

注 アルドステロン/レニン活性比の基準値はRIA法アルドステロン値を元に設定されており、アルドステロンCLEIA値をRIA相当値として補正したデータを使用して算出いたします。

## ■変更日

2021年 3月13日(土) 受付分まで