

# INFORMATION

No. 2111-28

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、2021年12月1日(水)受領分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

### ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
2978	抗GM-1IgG抗体	検査方法	ELISA法	EIA法
		基準値	陰 性:0.70未満 判定保留:0.70以上～ 1.00未満 陽 性:1.00以上	陰 性:0.400未満 判定保留:0.400以上～ 1.000未満 陽 性:1.000以上
		報告範囲	0.00～3.00以上	0.000～6.000以上
		報告日数	8～13日	18日

		従来			
		陽性	判定保留	陰性	合計
新	陽性	63	2	4	69
	判定保留	0	0	1	1
	陰性	2	3	95	100
	合計	65	5	100	170

### 【一致率表】

陽性一致率 96.9%

陰性一致率 95.0%

判定一致率 92.9%

### ■変更日

2021年12月 1日(水) 受領分より

株式会社 武蔵臨床検査所

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>